

安心のオイルフリー。

— 歯科用オイルフリー レシプロコンプレッサ —

TCC-1.5SR



TCC-2.2SR



オイルフリー

静音・オイルフリー(無給油式)で、クリーンなエアーを常時診療室へと供給し、クリーンで快適な診療をサポートいたします。

安心・安全

オートドレン、レギュレータを標準装備。オートドレンでタンク内の水分を排出し、レギュレータで安定したエアーを供給します。



エアーフィルタSR/2個
C851/04582539071646



クランクフィルタSR
C852/04582539071653

	TCC-1.5SR	TCC-2.2SR
電源	3相200V	3相200V
電流 50/60Hz	6.8/6.4A	10.6/9.4A
出力	1.5kW	2.2kW
最高圧力	0.83MPa	0.83MPa
制御圧力	0.59~0.83MPa	0.59~0.83MPa
吐き出し空気量	165L/min	210L/min
空気タンク容量	55L	80L
周囲温度	2-40℃	2-40℃
寸法 W×D×H	1000×421×745	1205×430×767
最低設置寸法	1600×1050×1050	1850×1050×1100
質量	約90kg	約105kg
騒音	約65dB	約67dB
製品コード/JAN (50Hz)	A273 / 04582539071608	A275 / 04582539071622
製品コード/JAN (60Hz)	A274 / 04582539071615	A276 / 04582539071639
ベルト(50Hz)	Vベルト (B-62) / C271	Vベルト (B-62) / C271
ベルト(60Hz)	Vベルト (B-60) / C272	Vベルト (B-60) / C272

*上記は20℃の場合の測定値です。*寸法の単位はmmです。*仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋 市 名東区 香坂1001 tel: 052 776 3355 fax: 052 776 3356
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17 (ISO13485 認証工場)

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。



JQA-MD005B
 歯科用吸引装置
 歯科用吸引装置ポンプ
 電動式吸引器及び
 歯面漂白加熱装置の
 設計・開発及び製造

お問い合わせ